



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Direttiva CEE 93/42

Società produttrice:

Emmegi S.r.l.
Via Felci snc
03039 Sora (FR)
P. Iva: 02549050603
www.tessilnet.it



Il sottoscritto Marco Fella, in qualità di Amministratore della Emmegi srl, dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che il prodotto medicale " **MASCHERINA CHIRURGICA INFINITY**" presenta le seguenti caratteristiche:

Codice	MED1
Conformità Direttiva europea	Direttiva 93/42/CEE
Classe di appartenenza (AII. IX Direttiva CEE 93/42)	Classe I
Tipologia	Tipo II
Norme tecniche utilizzate per progettazione e fabbricazione	UNI EN 14683 :2019 UNI EN 10993:2010 UNI EN ISO 15223-1:2017 UNI EN 1041:2013 UNI EN 14971:2020
Test report	RDP 1776/20

Il prodotto di cui sopra rispetta i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell'AII. I della Direttiva 93/42/CEE.

Per eventuali reclami e segnalazioni sul prodotto, inviare un'email all'indirizzo infotessilnet@tessilnet.com indicando il numero di lotto riportato sulla confezione e la relativa segnalazione.

Il responsabile del Fascicolo Tecnico del prodotto oggetto della presente dichiarazione è l'amministratore di Emmegi S.r.l.

Sora, 01/09/2020

L'Amministratore
Sig. Marco Fella